

Het toestel opstellen

De bediener moet ervoor zorgen dat alle instructies die in deze handleiding worden beschreven onder de kop 'Gebruiksgebied' worden nageleefd.

Basiseenheid

Plaats de basiseenheid van het toestel in het gebruiksgebied en zorg voor voldoende ruimte zodat het toestel veilig kan worden gebruikt.

Verwijder de:

- Drie wielen van de achterzijde van de basiseenheid;
- Handvatbevestiging van de bovenzijde de basiseenheid;
- A-framebevestiging en de drie wielen van de basiseenheid;
- 2 wieljes van de voorzijde van de basiseenheid.

Til de basiseenheid enigszins op met behulp van de meegeleverde stalen hijsvoorziening en breng de zes stabilisatiepoten aan op de hoeken van de basiseenheid.

Controleer of de borgringen aan de stabilisatiepoten zijn bevestigd.

Bedieningsconsole

- Plaats de bedieningsconsole op een stevige en stabiele basiseenheid die zich binnen 30 meter van de stroomvoorziening bevindt.
- Sluit het zilverkleurige contrastekker-snoer van de bedieningsconsole aan op de contactstop aan de onderzijde van de basiseenheid. Deze aansluiting past maar op een manier en u moet ervoor dat deze stevig vastzit door de veiligheidsvergrendeling vast te zetten.
- Sluit het blauwe snoer van de bedieningsconsole aan op de stroomvoorziening of het verlengsnoer.
- Controleer of de kabels van de bedieningsconsole naar de basiseenheid niet op een stabilisatiepoot liggen.

Opblaasbare veiligheidsmat

- Leg de opblaasbare veiligheidsmat rond de basiseenheid en zorg ervoor dat de mat plat ligt.
- Zet de klittenbandomslagen van de opblaasbare veiligheidsmat vast en controleer of alle ritsen en luchtgaten gesloten zijn.
- Indien het toestel buitenshuis wordt bediend, moet altijd tijdelijk één grondpen in een ankerpunt van het opblaasbare kussen worden vastgezet totdat het kussen kan worden opgeblazen.

Rodeostieropzetstuk

- Plaats het opzetstuk op de grondplaat boven op het toestel en schuif het opzetstuk op zijn plaats.
- Draai eerst de zijbout vast en zet vervolgens de twee achterste klemmen vast.
- Schakel de knipperende ogen in.
- Controleer of de flexibele horens horizontaal staan, naar voren zijn gericht en in een hoek van 45 graden naar beneden wijzen.
- Controleer of het touwhandvat niet langer is dan 150 mm.

Elektrische ventilator

- Sluit de elektrische ventilator aan op de buisvormige uitlaat van de opblaasbare veiligheidsmat en borg de aansluiting.
- Sluit de elektrische ventilator aan op de stroomvoorziening.
- Controleer of de opgeblazen veiligheidsmat juist geplaatst is en goed tegen de basiseenheid aanligt.

BELANGRIJK! Raadpleeg de paragraaf Onderhoud van deze bedieningshandleiding om de dagelijkse inspectie van dit toestel te kunnen verrichten voordat u het toestel in werking stelt.

Het toestel opstellen

De bediener moet ervoor zorgen dat alle instructies die in deze handleiding worden beschreven onder de kop 'Gebruiksgebied' worden nageleefd.

Basiseenheid

Plaats de basiseenheid van het toestel in het gebruiksgebied en zorg voor voldoende ruimte zodat het toestel veilig kan worden gebruikt.

Verwijder de:

- Drie wielen van de achterzijde van de basiseenheid;
- Handvatbevestiging van de bovenzijde de basiseenheid;
- A-framebevestiging en de drie wielen van de basiseenheid;
- 2 wieljes van de voorzijde van de basiseenheid.

Til de basiseenheid enigszins op met behulp van de meegeleverde stalen hijsvoorziening en breng de zes stabilisatiepoten aan op de hoeken van de basiseenheid.

Controleer of de borgringen aan de stabilisatiepoten zijn bevestigd.

Bedieningsconsole

- Plaats de bedieningsconsole op een stevige en stabiele basiseenheid die zich binnen 30 meter van de stroomvoorziening bevindt.
- Sluit het zilverkleurige contrastekker-snoer van de bedieningsconsole aan op de contactstop aan de onderzijde van de basiseenheid. Deze aansluiting past maar op een manier en u moet ervoor dat deze stevig vastzit door de veiligheidsvergrendeling vast te zetten.
- Sluit het blauwe snoer van de bedieningsconsole aan op de stroomvoorziening of het verlengsnoer.
- Controleer of de kabels van de bedieningsconsole naar de basiseenheid niet op een stabilisatiepoot liggen.

Opblaasbare veiligheidsmat

- Leg de opblaasbare veiligheidsmat rond de basiseenheid en zorg ervoor dat de mat plat ligt.
- Zet de klittenbandomslagen van de opblaasbare veiligheidsmat vast en controleer of alle ritsen en luchtgaten gesloten zijn.
- Indien het toestel buitenshuis wordt bediend, moet altijd tijdelijk één grondpen in een ankerpunt van het opblaasbare kussen worden vastgezet totdat het kussen kan worden opgeblazen.

Rodeostieropzetstuk

- Plaats het opzetstuk op de grondplaat boven op het toestel en schuif het opzetstuk op zijn plaats.
- Draai eerst de zijbout vast en zet vervolgens de twee achterste klemmen vast.
- Schakel de knipperende ogen in.
- Controleer of de flexibele horens horizontaal staan, naar voren zijn gericht en in een hoek van 45 graden naar beneden wijzen.
- Controleer of het touwhandvat niet langer is dan 150 mm.

Elektrische ventilator

- Sluit de elektrische ventilator aan op de buisvormige uitlaat van de opblaasbare veiligheidsmat en borg de aansluiting.
- Sluit de elektrische ventilator aan op de stroomvoorziening.
- Controleer of de opgeblazen veiligheidsmat juist geplaatst is en goed tegen de basiseenheid aanligt.

BELANGRIJK! Raadpleeg de paragraaf Onderhoud van deze bedieningshandleiding om de dagelijkse inspectie van dit toestel te kunnen verrichten voordat u het toestel in werking stelt.

Opstellen

Verwijder het transportsysteem, het A-frame, de wielen en het handvat. Zie afbeelding 1, 2 en 3.



Plaats het bewegingssysteem op een schoon, droog en vlak oppervlak.



Breng 3 paar poten aan en controleer of de veren gemonteerd zijn.



Bewegingssysteem opgesteld met poten.



6.

Sluit de gewapende kabel van de console aan op de basiseenheid en klik de zwarte veiligheidsgrendel vast.



7.

De afbeeldingen 8, 9 en 10 tonen hoe het opzetstukframe wordt bevestigd. Deze frames zijn onlosmakelijk verbonden met het opzetstuk. Om te laten zien hoe deze worden bevestigd, worden ze hier getoond als los frame.

Bevestiging frame aan bovenplaat.



8.

Voorzijde van opzetstukframe.



9.

Achterzijde van opzetstukframe. Draai de achterste bout en twee borgbouten van onderaf vast.



10.

Drapeer het kussen rond de basiseenheid en zet het met klittenband vast.

Bevestig de ventilator en blaas het kussen op.



11.

Sluit de blauwe voedingskabel aan op de voeding. Het toestel is nu klaar voor gebruik!

